

お客様各位

日本ベーカーヒューズ株式会社
〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 197-20
Tel:(049)-258-1210 Fax:(049)258-1211

パナメトリクス事業本部 サービス部
2022年2月14日

工業計測機器製品の修理サポート終了のお知らせ（改訂版）

平素は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。

弊社では、お客様の品質管理の一端を担う計測・制御機器メーカーとして、その役割の重要性から出来る限り長期間に渡るサポート体制をとっております。しかしながら、長年にわたり製造を行い、既に生産を中止しているモデルに関しましては、部品を調達することが極めて困難であることから、随時修理サポート終了をご連絡申し上げております。今回、水分計の一部にサポート終了がございますので、以下をご確認いただきたくお願い致します。尚、一部の製品を除き校正につきましては引き続き対応可能です。（変更部分は太字にて表記しております）

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

製品カテゴリー	記載ページ
超音波流量計	P2
超音波流量計トランスデューサ	P3/P4
コリオリ流量計	P4
酸素計/ガス濃度計	P5
水分計	P6

超音波流量計

モデル名	修理サポート終了日	後継機種
6068	修理サポート終了	DF868 / PanaFlow LC
6468	修理サポート終了	ご相談ください
7068	修理サポート終了	GM868 / XGM868i / GS868 / XGS868i
7168	修理サポート終了	GF868 / XGF868i
AT868 (S/N : 2000 未満)	修理サポート終了	AT600 *2 / AT868 2ch 仕様 / PanaFlow LC / DF868
AT868 1ch 仕様(S/N : 2000 以降)	修理サポート終了	AT600 / AT868 2ch 仕様 / PanaFlow LC / DF868
CEM68	修理サポート終了	ご相談ください
DF868 (トランスフレクシオンモード)	修理サポート終了	後継機種なし
GP68	修理サポート終了	GM868 / XGM868i
ISX878	修理サポート終了	PanaFlow LC *3
LT868	修理サポート終了	PT900
PanaFlow ISX	修理サポート終了	Pana Flow LZ *3
PT868 / PT868R	修理サポート終了	PT900*1
PT878 赤外線仕様	修理サポート終了	PT900
PT878 USB 仕様	修理サポート終了	PT900
PT878GC (赤外線仕様)	修理サポート終了	PT878GC USB 仕様
Sentinel	修理サポート終了	後継機種なし
UPT868C / 868P / 868W	修理サポート終了	AT600*2, 4
UTX878	修理サポート終了	AT600 *2, 4 / PanaFlow LC*4
XGM868	修理サポート終了	XGM868i
XGS868	修理サポート終了	XGS868i
XMT868	修理サポート終了	XMT1000 *1 / PanaFlow LC*1
XMT868i	2027 年末	XMT1000 *1 / PanaFlow LC*1

*1 トランスフレクシオンモードは搭載していません

*2 1ch 仕様のみ

*3 4 線式、耐圧防爆仕様

*4 4 線式仕様

超音波流量計トランスデューサ

モデル名	修理サポート終了日	後継機種
CF-LP-2EM-40NM-X	修理サポート終了	CF-LP-2EM-40HM-X
CF-LT-T-40NM-X	修理サポート終了	CF-LP-2EM-40HM-X
CF-WL-XEM-20NW-X	修理サポート終了	C-RS-403-XX-X
C-PT-05 0.5MHz	修理サポート終了	C-RS 0.5MHz C-RR 0.5MHz C-ET 0.5MHz (国内防爆仕様についてはご相談ください)
C-PT-XX-M	修理サポート終了	C-PT-XX-H-X-XX-X C-RS-401-XX-X C-RS-402-XX-X
C-PT-XX-N	修理サポート終了	C-PT-XX-H-X-XX-X C-RS-401-XX-X C-RS-402-XX-X
C-RL-302-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RL-308-XX-X
C-RL-304-XX-X C-RL-05-M	修理・校正サポート終了	C-RV-310-XX-X
C-RL-305-XX-X C-RL-10-M	修理・校正サポート終了	C-RS-402-XX-X
C-RL-306-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RW312-XX-X
C-RL-319-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RL-307-XX-X
C-RL-320-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RL-308-XX-X
C-RW-303-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RW-318-XX-X
C-RW-315-XX-X	修理・校正サポート終了	C-RW-312-XX-X
C-TS	修理サポート終了	C-PT-XX-H-X-XX-X C-RS-401-XX-X C-RS-402-XX-X C-ET システム
ISXDR-XX-XX-XX-XX-XX-X	修理サポート終了	ご相談ください
OKS	修理サポート終了	C-ET システム
T2-18	修理サポート終了	T5-18
T2-45	修理サポート終了	T5-45 ご相談ください
T2-90	修理サポート終了	T5-90
T5S (200 kHz)	修理サポート終了	T5 100 kHz

T11	修理サポート終了	ご相談ください
T14	修理サポート終了	ご相談ください
UPGC-XX-X	修理・校正サポート終了	後継機種なし
UPTC-XX-X	修理・校正サポート終了	後継機種なし
UTXDR-409 (0.5MHz)	修理サポート終了	0.5 MHz C-RS 及び SCF 固定治具
UTXDR-410 (1MHz)	修理サポート終了	1 MHz C-RS 及び SCF 固定治具
UTXDR-407 (2MHz)	修理サポート終了	2 MHz C-RS 及び SCF 固定治具
UTXDR-408 (4MHz)	修理サポート終了	4 MHz CF-LP
WT-XX-XX-HL-X-X-XX-X	修理サポート終了	ご相談ください

コリオリ流量計

モデル名	修理サポート終了日	後継機種
Rheonik (RHM)	修理サポート終了	取り扱い終了

酸素計/ガス濃度計

モデル名	修理サポート終了日	後継機種
CGA350	修理サポート終了	CGA351
Delta F DF150	修理サポート終了	MonoExact DF150E
Delta F DF150E	2024 年末	MonoExact DF150E
Delta F DF310	修理サポート終了	MonoExact DF310E
Delta F DF310E	2024 年末	MonoExact DF310E
Delta F DF550	修理サポート終了	DF550E
Delta F DF560	修理サポート終了	DF560E
Delta F Platinum Series	修理サポート終了	MonoExact DF310E
Delta F Type A Plus	修理サポート終了	MonoExact DF150E
FGA300HX	修理サポート終了	ご相談ください
FGA311	修理サポート終了	ご相談ください
O2X1	修理サポート終了	oxy.IQ
Oxy Trak 390	修理サポート終了	ご相談ください
TMO2	修理サポート終了	XMO2 (IDM)
TMO2-TC	修理サポート終了	XMTC
XMO2 (Terminal Version)	修理サポート終了	XMO2 (IDM)

水分計

モデル名	修理サポート終了日	後継機種
AMX1	修理サポート終了	Veridri
CMX1	修理・校正サポート終了	MMR30 / MMR31
MIS1	修理サポート終了/校正は～6月24日着荷分かつ～7月22日受注分をもって終了*	moisture.IQ
MIS2		moisture.IQ
MMS3		moisture.IQ
MMS35 / 35is		dew.IQ / PM880
MMY2650	修理サポート終了	dew.IQ
Model 200	修理・校正サポート終了	OPTICA / OPTISONDE
Model 2000	修理・校正サポート終了	dew.IQ
Model 2100 / 3000	修理・校正サポート終了	moisture.IQ
Model 550/570	修理・校正サポート終了	dew.IQ
Model 700	修理・校正サポート終了	dew.IQ
MTS 4 / MTS 5	修理サポート終了/校正は～6月24日着荷分かつ～7月22日受注分をもって終了*	MTS 6
PANADRY	修理・校正サポート終了	MTS 6
SYSTEM 1 / 2	修理サポート終了	moisture.IQ
SYSTEM 280	修理サポート終了	PM 880
SYSTEM 3 / 3A	修理・校正サポート終了	dew.IQ
SYSTEM 4 (シリーズ)	修理・校正サポート終了	dew.IQ
SYSTEM 5	修理・校正サポート終了	moisture.IQ
SYSTEM 580	修理・校正サポート終了	dew.IQ

修理部品の在庫切れ等により上記終了日前に修理サポートを終了させていただく場合もございますので予めご了承下さるようお願い申し上げます。

***今回、校正を終了させて頂く MIS1、MIS2、MMS3、MMS35、MTS5 のループ校正をご要望の際は、5月23日までの着荷が必須となります。**

以上